



I NOLU SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayı : 98353426-100-E.
Konu : Tıbbi/Cerrahi Maske ve Ffp3/Ffp2/N95 Maskelere
İlişkin Teknik Şartnamelerdeki Değişiklikler

I NOLU SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞINA

Genel Müdürlük Makamının 22.04.2020 tarih ve 34693 sayılı oluru ile Tıbbi/Cerrahi Maske ve FFP3/FFP2/N95 Maskelere ilişkin teknik şartnamelerinde yapılan değişiklikler ektedir.
Gereğini arz/rica ederim.

Özgür AYGÜN
I Nolu Satınalma Daire Başkanı G.

DAĞITIM

I Nolu Satınalma Daire Başkanlığına
II Nolu Satınalma Daire Başkanlığına
III Nolu Satınalma Daire Başkanlığına
IV Nolu Satınalma Daire Başkanlığına
Operasyonel Süreçler Daire Başkanlığına
Kalite Kontrol Daire Başkanlığına
Basım İşletme Müdürlüğüne
Katalog Daire Başkanlığına
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına
Muhasebe Daire Başkanlığına
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına
Tedarikçi ve Müşteri İlişkileri Daire Başkanlığına

Koordinasyon:
Akaryakıt ve Taşıt Sarf
Malzemeleri Şube Müdürü G. V FFF

Mevcut Elektronik İmzalar

ÖZGÜR AYGÜN (I Nolu Satınalma Daire Başkanlığı - Daire Başkanı G.) 22/04/2020 18:54

/ 1

**I NOLU SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI**

Sayı : 98353426-100-
Konu : Olur

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Bilindiği üzere, Koronavirüs (COVID19) salgını nedeniyle; başta sağlık personeli olmak üzere tüm milletimizin temel ihtiyacı haline gelen maske ve koruyucu tulum tedariki ve dağıtımı konusunda Genel Müdürlüğümüz görevlendirilmiş olup, Yönetim Kurulunun 21.04.2020 tarihli ve 14/86 sayılı Kararı ile Koronavirüs (COVID19) salgını kapsamında ihtiyaç duyulan "Tıbbi/Cerrahi Maske, FFP3/FFP2/N95 Maske ve Koruyucu Tulum" taleplerinin tedarik edilmesi ve bunların dağıtımının sağlanması konusunda hazırlanan;

- Mal Alım Sözleşmesinin,
- Tıbbi/Cerrahi Maske (Arkadan Lastikli ya da Arkadan Bağcıklı) Teknik Şartnamesinin,
- FFP3/FFP2/N95 Maske Teknik Şartnamesinin,
- Koruyucu Tulum Teknik Şartnamesinin,

kabulü ve yürürlüğe konulması ile söz konusu işlemlerinin yürütülmesinde Genel Müdürlük Makamının yetkili kılınması kabul edilmiş, Yönetim Kurulu'nun 21.04.2020 tarih ve 14/90 sayılı Kararı ile de Mal Alım Sözleşmesi ile teknik şartnamelerde yapılacak değişikliklerde Genel Müdürlük Makamının yetkili kılınması uygun görülmüştür.

Öte yandan yapılan değerlendirmeler sonucunda, tedarik sürecinin aksatılmamasını teminen Tıbbi/Cerrahi Maske ve FFP3/FFP2/N95 Maskelere ilişkin teknik şartnamelerde bazı değişikliklerin yapılmasının uygun olacağı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, Tıbbi/Cerrahi Maske ve FFP3/FFP2/N95 Maskelere ilişkin teknik şartnamelerin ekte belirtildiği şekilde güncellenmesi,

Hususunu Olur'larına arz ederim.

Özgür AYGÜN
I Nolu Satınalma Daire Başkanı G.

Uygun Görüşle Arz Ederim.
İsmet KESKİN
Genel Müdür Yardımcısı

OLUR

Mücahit ÖZDEMİR
Genel Müdür Vekili

Ek Üzerindeki Mevcut Elektronik İmzalar

ÖZGÜR AYGÜN (I Nolu Satınalma Daire Başkanlığı - Daire Başkanı G.) 22/04/2020 15:40
İSMET KESKİN (Genel Müdür Yardımcılığı 1 - Genel Müdür Yardımcısı) 22/04/2020 15:45
MÜCAHİT ÖZDEMİR (Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü - Genel Müdür) 22/04/2020 17:58

EK-1:

Tıbbi/Cerrahi Maske (Arkadan Lastikli ya da Arkadan Bağcıklı) Teknik Şartnamesi

- A) Tek kullanımlık olmalıdır.
- B) Maskenin sağ ve sol tarafında kulak arkasından geçirilen lastikli ya da kafa arkasından bağlanabilir bağcıkları olmalıdır.
- C) Maske 6-8 saat süreyle sürekli kullanıma uygun olmalıdır.
- D) Non-woven, polipropilenden yapılmış olmalıdır.
- E) Mavi, yeşil veya beyaz renkte olmalıdır.
- F) Antialerjik olmalı, lateks ve çam elyafı içermemelidir.
- G) Üç katlı olmalıdır.
- H) Sıvı bariyer özelliği bulunmalı, fiber-glass, doğal kauçuk lateks, kuru doğal kauçuk içermemelidir.
- I) Nefes alış veriş kolay olmalı, koruyucu gözlükle beraber kullanılabilirdir.
- J) Maskeler, depolama kolaylığı için en fazla 100'lük ambalaj içinde teslim edilmelidir.
- K) EU MDD Directive 93/42/EEC Kategori III veya eşdeğerleri; EN 14683:2019+AC Type II, IR, IIR; ya da ASTM F2100 minimum Level 1 veya eşdeğeri standartlara sahip olmalıdır.

Ürün Özellikleri

- Nonwoven Spunbond Materyal
- Ultrasonic-Lazer-Makine Dikişli
- Polipropilen (PP) Kaplı Yumuşak/Ayarlanabilir Burun Teli/Telsiz
- Antialerjik, Hava Geçirgen
- Fiberglass, Lateks İçermez
- Tek kullanımlık
- 3 Katlı

Tıbbi/Cerrahi Maskenin Telli veya Telsiz oluşu, ultrasonik veya makine dikişli veya lazerli oluşu, dış/iç katman materyalinin gramajı, filtrasyon kumaşının gramajı firmaca verilecek taahhülle ayrıca belirtilecektir.

EK-2:

FFP3/FFP2/N95 Maske Teknik Şartnamesi

- A) Maskeler EN 149:2001 standartlarına ve FFP3/FFP2/N95 sınıfına uygun olmalıdır.
- B) Kafa bantları ve burun mandalı kullanım açısından kolay olmalı, filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır.
- C) Çapı 0.02 mikrona kadar olan tüm ince toz ve su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır.
- D) Maskelerin başa uygunluk bantları poliizopren, burun mandalı alüminyum, filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır.
- E) Üzerinde nefes verme supabı bulunmamalıdır.
- F) Latex içermemelidir.
- G) Nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne geçici tasarıma sahip olmalıdır.
- H) Saklama sırasında kirlenmeyi önleyecek şekilde paketlenmiş olmalı ve bu paketler üzerinde maskenin resimli takma talimatları, maskenin standardı ve kategorisi okunabilir olmalıdır.
- I) Kutuların üzerinde saklama sıcaklığı, nemliliği ve raf ömrü yazılı olmalıdır.
- J) 89/686/EEC sayılı (Personal Protective Equipment PPE) kişisel koruma ürünleri direktifine uygun olmalıdır.
- K) EN 149:2001 standardına uygun olmalı ve standarda uygunluk belgelenmiş olmalıdır.

FFP3/FFP2/N95 Maske materyalinin gramajı firmaca verilecek taahhülle ayrıca belirtilecektir.

EK-3:

Koruyucu Tulum Teknik Şartnamesi

- A) Tulum tek kullanımlık olmalıdır.
- B) Kapüşonlu olmalı ve çeneyi içine alacak şekilde boyunu kapatmalıdır.
- C) Tulum, çalışılan ortamda lif döküntüsü bırakmamalıdır.
- D) Tulumun kolu, ayak bileği, yüz çevresi ve bel bölgesi lastikli olmalıdır.
- E) Tulum, kullanıcıya optimum konfor sunmak için nefes alabilen nonwoven (dokunmamış kumaştan) imal edilmeli, tulumun iç kısmı cildi tahriş etmeyen teri emici materyalden yapılmış olmalıdır.
- F) Tulum materyali lamineli 52-60 gr/metre kare kullanılan lamineli kumaşın MSDS belgesi ve materyal spekt formu olmalıdır.
- G) Tulum EN 14126:2003 standardına uygun olmalıdır.
- H) Kimyasal elektrostatik kirliliğe karşı koruma sağlamalıdır.
- I) Uzun süre giyilebilir ve rahat olmalıdır.
- J) Işık geçirmez olmalıdır.
- K) Lateks içermemelidir.
- L) Vücudu kan ve diğer zararlı sıvılara karşı koruma özelliği olmalıdır.
- M) Önden fermuarlı olmalıdır.
- N) Kolay yırtılmamalıdır.

Virüs hastalıklarından koruma amaçlı kullanılabilmelidir.

Tulum materyalinin gramajı firmaca verilecek taahhütle ayrıca belirtilecektir.